

MANTA  
1 rue Julien Videment  
44200 NANTES

*A l'attention de Monsieur SANCHEZ*

<b><u>DOCUMENT DE SYNTHESE</u></b> <b>MISSION D'EVALUATION DE CONFORMITE D'UN PRODUIT</b>
--

### **1 . PORTEE DU DOCUMENT**

Le présent document constitue la synthèse du rapport n° : 21548417 qui donne le détail des résultats des contrôles et essais réalisés sur le produit décrit ci-dessous.

### **2 . PRODUIT CONCERNE**

- Désignation : Support WC à hauteur variable
- Marque/type : MANTA
- Références : Support MANTA

### **3 . PORTEE DE LA MISSION**

Evaluation de la conformité, dans le cadre du règlement européen 2017/745 « Dispositifs médicaux » mais limitée aux conformités électriques, du produit ci-dessus correspondant aux prescriptions du référentiel suivant :

- Norme EN 60601-1 « Appareils électromédicaux Première partie : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles » (06) + A1 (13) + A12 (16) + A2 (21)

### **4 . CONCLUSION DU RAPPORT**


Compte-tenu de la levée de toutes les non-conformités observées lors de l'évaluation initiale du produit, Il est conforme au référentiel et peut être marqué CE sous la responsabilité du fabricant avec délivrance de la déclaration de conformité UE.

SAINT HERBLAIN  
Le 17/06/2022

Le coordonnateur "Evaluation Qualité Produit"  
T. LE COZ

Signature :

T. LE COZ



Validation électronique

Nota : Ce document ne constitue ni le rapport, ni l'attestation établie au titre d'un organisme notifié. Il complète le dossier technique et la déclaration de conformité du fabricant auxquels on peut se reporter en cas de besoin.